

高気圧酸素治療 についての

ご注意!!



危険 禁止

酸素は金属でも燃やしてしまう程、助燃性が大変強く、僅かな発火源によっても火災が発生します。



高気圧酸素治療を受ける時には、つぎの品物を絶対に持ち込まないでください。
マッチ、ライター、タバコ、使い捨てカイロ等各種カイロ、湯タンポ、携帯電話、その他の電気器具。
その他の金属製品。その他の燃えやすい品物。火災の原因となる可能性のある品物。



警告

高気圧酸素治療を受ける時には、木綿製品、又は**指定の治療衣**に着替えてください。
また、時計、万年筆の持込み、ナイロンなどの合成繊維製品・羊毛製品の着用は避けてください。



治療中に体の異常(耳の痛み、頭痛、吐き気、めまい、息苦しさなど)を感じた時、また装置内部に異常があった時には、そのことをすぐ職員に言ってください。



注意

治療が始まったあと暫くのあいだ、そのまましていると耳が痛くなって、治療をやめなければならないこともあります。治療が始まったらすぐに唾液(つばき)を飲み込んだり、また息を吸い込んで口を閉じ、鼻をつまんで鼻をかむ動作などをくり返して耳が痛くならないようにしてください。

【耳抜きの方法】



お願い

高気圧酸素治療の安全な実施のため、治療を始める前に、職員が所持品の検査をさせていただきます。また治療中だけ、所持品の一部を職員があずからせていただくことがあります。ご協力をお願いします。